

# ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

## INFORMATION AUX PATIENTS

Vous venez de recevoir une **CPAP** ou une **BIPAP**, pour le bon déroulement du traitement, vous devez entretenir votre appareil et ses accessoires.

### L'APPAREIL

Mettre la CPAP en hauteur (table de nuit) sur un lieu sec.  
Faire la poussière régulièrement.



### LE FILTRE

Le filtre doit être secoué pour retirer les poussières toutes les 2 semaines et remplacé chaque 6 mois.



### LE MASQUE

Chaque jour, après utilisation, lavez votre masque avec de l'eau et du savon doux sans parfum, sans hydratant. Séchez-le correctement et remontez le masque.



### LE HARNAIS

Nettoyez le harnais à la main dans de l'eau tiède à 30 °C à l'aide d'un savon doux. Rincez soigneusement et laissez sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.



### L'HUMIDIFICATEUR

Se lave quotidiennement, avec de l'eau et du savon doux. Il faut mettre de l'eau déminéralisée et remplacer l'eau chaque jour après avoir nettoyé le réservoir.



## COORDONNÉES DE CONTACT :

Consultation ventilation non invasive

Infirmière de référence

Accueil téléphonique, chaque jour de semaine, entre 7h30 et  
8h30 au numéro suivant :

Tél. : (+352) 2862 3827.

20-30, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg

[consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu](mailto:consultation.soignante.vni@hopitauxschuman.lu)